



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 10 de outubro de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 1568/2025**, de autoria do Vereador **ENFERMEIRO DELMIRAN**, que solicita informações sobre a manutenção e funcionamento dos aparelhos de Raio-X das Unidades de Pronto Atendimento – UPAs do Município de Araraquara, a Administração Municipal, a partir da manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município possui, no setor de urgências e emergências, quatro unidades dotadas de equipamento de Raio-X. A Unidade de Retaguarda do Melhado conta com equipamento próprio da municipalidade, que atualmente atende também a demanda da UPA Central, temporariamente alocada na ala dos fundos do referido prédio. Este equipamento não possui contrato de manutenção preventiva, situação que está sendo regularizada na atual gestão. Na UPA Vale Verde e na UPA Central (em reforma), os equipamentos são locados mediante contrato firmado após processo licitatório regular. Já na UPA Vila Xavier, o equipamento pertence à municipalidade, mas é bastante obsoleto e vem apresentando diversos problemas, motivo pelo qual, no próximo processo licitatório, será substituído por equipamento locado.

Nos últimos 12 meses, não dispomos dos números exatos, mas as unidades enfrentaram dificuldades em aproximadamente três ou quatro ocasiões. O tempo médio para conserto ou substituição varia conforme a complexidade do problema. Nos casos de equipamentos locados, o reparo é normalmente realizado em até 48 horas. Para os equipamentos pertencentes à municipalidade, o reparo demanda mais tempo, em razão da necessidade de contratação pontual de empresa para orçamento e execução, bem como da importação de algumas peças. Por este motivo, a atual administração está empenhada em formalizar contrato fixo de manutenção preventiva periódica para os aparelhos próprios.



Gabinete do Prefeito Araraquara

Nos termos dos contratos vigentes, as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos locados estão a cargo das empresas fornecedoras dos aparelhos, não havendo contrato específico de manutenção. Quanto ao valor total, vigência e empresa responsável, não existe contrato específico para esse fim.

Em relação à modernização ou substituição definitiva dos equipamentos, tramita processo licitatório para contratação de empresas que disponibilizarão equipamentos mais modernos, incluindo a substituição do aparelho da UPA Vila Xavier, que se encontra deteriorado. Quando ocorre eventual quebra dos aparelhos, as demandas são redirecionadas para as demais UPAs, garantindo que nenhum paciente fique desassistido, reafirmando o compromisso da Administração Municipal com a saúde e o bem-estar da população.

Renovamos, assim, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO
Prefeito Municipal

ACFL 58.4202025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC48-AC76-BDAC-D9B9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 10/10/2025 10:48:15 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 10/10/2025 11:28:03
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/BC48-AC76-BDAC-D9B9>