

Araraguara, 01 de abril de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor **RAFAEL DE ANGELI** MD. Presidente da Câmara Municipal Rua São Bento, 887 ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente.

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à Indicação nº 1598/2025, de autoria da Vereadora FILIPA BRUNELLI, que trata da necessidade de aquisição de macas reforçadas para pacientes obesos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município, informamos, após manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, que embora essas unidades não disponham atualmente de macas específicas para esse público, há camas hospitalares com capacidade para suportar pacientes de até 180 kg, as quais são utilizadas conforme a necessidade no atendimento.

As camas disponíveis contam com estrutura reforçada e mecanismos que permitem ajustes de posição, facilitando tanto a acomodação dos pacientes quanto o trabalho das equipes de saúde (especificação em anexo).



Modelo: S-8800-C Com Cabeceira Móvel Fabricante: Salutem Móveis Hospitalares

REGISTRO ANVISA: 81871110001

- Cama Fowler com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência.
- Leito construído com longarinas de aço perfilados em U.
- Estrado articulado em chapa de aço.
- Quatro grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a trânsferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava.
- Movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardiaco e elevação de leito acionados por três manivelas.
- Base construída em tubos de 11/4, tratada com sistema antiferrugínoso por fosfatização, possuí acabamento em pintura eletroestática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica.
- Acompanha rodízios de 3º, com freio de dupla ação em diagonal.

Capacidade máxima: 150 Kg. Dimensões: 1.90 m x 0.90 cm

Altura minima: 0,52 Altura máxima: 0,65

Pesc: 82 Kg.



## 5 Posições reguláveis



Semi-fowler



Assim, embora reconheçamos a importância da solicitação, destacamos que as unidades possuem alternativas para garantir o atendimento seguro desses pacientes.

A Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando as necessidades das unidades e, dentro das possibilidades orçamentárias e técnicas, avaliará futuras melhorias na infraestrutura e nos equipamentos disponíveis.

Agradecemos a atenção e a colaboração da nobre Vereadora na busca por avanços no atendimento à população e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa

Atenciosamente,

PEDRO MONTEIRO Chefe de Gabinete

ACFL 16.482/2025

estima e consideração.