



Prefeitura Municipal de Araraquara  
**Secretaria Municipal da Saúde**

## **Coordenadoria Executiva de Assistência Especializada**

Araraquara, 26 de Fevereiro 2025

**OF. SAE N.º 007/2025**

**Referente: Resposta a Indicação nº 849/2025**

**Ao Secretário Municipal de Saúde  
Sr. Abelardo Ferrarezi de Andrade**

Com nossos sinceros cumprimentos, em resposta indicação da Câmara Municipal de número 849/2025, solicitando informações referentes a unidade Ambulatório de Saúde da Mulher:

A. Tendo em vista a ideia inicial da mudança, trazemos sequentemente um local adequado com expurgo para que seja higienizado todo e qualquer material utilizado no ambiente.

B. Quanto ao aparelho de eletrocardiograma, já enviamos para manutenção e estamos aguardando o conserto para que possa ser devolvido e retomado os atendimentos, mas a unidade tem agenda disponível para que seja realizado agendamento em outro local enquanto o aparelho não retorna.

C. Quanto a infraestrutura, a ideia inicial era mudar juntamente com NGA para a nova unidade que será inaugurada no Quitandinha no qual teremos espaço e toda estrutura necessária para atender a demanda do Ambulatório de Saúde da Mulher com melhores acomodações.

D. A sala de espera tem estado cheia por motivos de mutirões terem ocorridos e estarmos no adaptando com o aumento de casos, quais estes damos total importância aos atendimentos para que não demore a serem atendidos, conseqüentemente ocasionando a sala mais cheia. Caso ocorra essa mudança de prédio, terá melhor espaço e melhor receptividade da população.

E. Referente a climatização, foi efetuada manutenção nos ares que necessitava, e já reorientamos a equipe que necessita manter portas e janelas fechadas para maior durabilidade do equipamento e melhor qualidade de temperatura na unidade.

F. O estacionamento no início era liberado apenas para os funcionários da unidade justamente pelo espaço que há atualmente, infelizmente os residentes tem utilizado do mesmo ocasionando essa super lotação no espaço.



Prefeitura Municipal de Araraquara  
**Secretaria Municipal da Saúde**

## **Coordenadoria Executiva de Assistência Especializada**

---

G. Não temos lavanderia no ambiente da unidade, tanto que as roupas estavam sendo lavadas e esterilizadas adequadamente junto a Gota de Leite, assim como os materiais necessários para esterilização.

Sendo o que havia a ser exposto, aproveito o ensejo para manifestar os elevados votos de estima e consideração e me coloco à disposição para demais esclarecimentos de que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Karina Flavia Petronio Ducci Maia**  
Subsecretaria de Assistência Especializada, Urgencias e Emergencias